

månedens
tema

En av mange?



Bildet illustrerer tilfeldig utvalgte instrumenter. Kilde: Noklus.

Gi hvert instrument en unik identitet
for å sikre oversikt og god kontroll

Enkelt kontrollskjema						
Analyse: <u>Glukose</u>						
Instrument: <u>1</u>		Fasitverdi: <u>7,1</u>				
Kontrollmateriale: <u>Contour Next - Normal</u> Tillatt avvik: <u>+/- 0,8</u>						
		Lavest tillatte verdi	Fasitverdi	Høyest tillatte verdi		
		6,3	7,1	7,9		
År: 2022	Lotnummer kontroll	Lotnummer reagens	Dårlig	God	Dårlig	
030122	101920	DP9HPE801		7,0		

Enkelt kontrollskjema						
Analyse: <u>Glukose</u>						
Instrument: <u>2</u>		Fasitverdi: <u>7,1</u>		Dato åpnet ny kontroll: <u>151221</u>		
Kontrollmateriale: <u>Contour Next - Normal</u> Tillatt avvik: <u>+/- 0,8</u> Holdbarhet kontroll: <u>150622</u>						
		Lavest tillatte verdi	Fasitverdi	Høyest tillatte verdi		
		6,3	7,1	7,9		
År: 2022	Lotnummer kontroll	Lotnummer reagens	Dårlig	God	Dårlig	Diverse
030122	101920	DP9HPE801		7,0		
						Sign

NOKLUS

sammen for god kvalitet