

SKUP

SKAL DERE KJØPE NYTT LABORATORIEUTSTYR?

Spør om det har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk.

Av Grete Monsen, SKUP i Norge, Noklus

SKUP, skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, organiserer utprøvinger av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved

SKUP – SKANDINAVISK SAMARBEID OM UTPRØVING AV LABORATORIEUTSTYR

Før 1997 var det ingen instans i Skandinavia som samlet vurderte de laboratorieinstrumentene som ble brukt i primærhelsetjenesten.

Laboratorieutstyret ble ofte sendt ut på markedet uten å ha vært testet under forhold som utstyret i realiteten var beregnet for. Det var et ønske fra brukerne av slikt utstyr at de skulle kunne henvende seg et sted der det fantes enkel, god og nøytral informasjon om utstyret. For å kunne gi slik informasjon er det viktig å ha solide og relevante undersøkelser å støtte seg til. Det var på bakgrunn av dette SKUP ble startet. Det skandinaviske samarbeidet har gitt SKUP muligheten til å organisere og gjennomføre flere, bedre og grundigere utprøvinger.

å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet av laboratorieutstyr.

Laboratorieresultat spiller en stadig større rolle i diagnostikk og oppfølging av pasienter. I dag kan flere og flere analyser utføres pasientnært med ulike analyseinstrument og tester. Bruk av hensiktsmessig laboratorieutstyr er viktig for å sikre god analysekvalitet. Enkel og nøytral informasjon om både analysekvalitet og brukervennlighet er viktig når man skal velge utstyr til egen praksis. Det er også viktig å ha kunnskap om faktorer som påvirker prøven før den analyseres, og faktorer som kan påvirke tolkning av prøveresultatet.

SKUP har testet laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten i 20 år. Siden starten i 1997 har mer enn 115 metoder og instrumenter vært gjennom grundige utprøvinger i SKUP. SKUP har dokumentert at mye av dette utstyret er enkelt i bruk og har god analysekvalitet. SKUP bidrar også til at uegnet utstyr ikke blir markedsført i Skandinavia.


SKUP-UTPRØVINGEN

En SKUP-utprøving er som oftest todelt. Utprøvingen gjennomføres både i et sykehuslaboratorium, der utstyret testes av erfarent laboratoriepersonell under optimale forhold, og hos de brukerne laboratorieutstyret er beregnet for. Det er kun med brukernes medvirkning man fullt ut kan demonstrere om laboratorieutstyret er tilstrekkelig enkelt, robust og brukervennlig til å tåle en travel hverdag ute i «virkeligheten».

SKUPs utprøvinger følger felles retningslinjer og resultatene fra ulike utprøvinger er derfor sammenlignbare. Både analysekvalitet og brukervennlighet



blir vurdert. Resultatene vurderes mot forhåndsdefinerte kvalitetsmål. SKUP skriver en omfattende rapport fra hver utprøving, som publiseres på SKUPs nettside. (skup.org). Utprøvingene utføres på oppdrag fra produsent eller leverandør av analyseutstyret. Oppdragsgiver har ingen innflytelse på rapportens konklusjoner, men kan komme med innspill til rapporten i en høringsrunde, og også gi kommentarer i et vedlegg til rapporten. SKUP-rapportene skrives på engelsk, fordi moderfirmaene (produsentene) ute i «den store verden» også skal ha tilgang til resultatene, men sammendrag fra alle utprøvinger oversettes til norsk, dansk og svensk. Sammendragene finner dere på [nettsiden skup.org](http://nettsiden.skup.org)



ET SKUP FOR BRUKERNE

Listen over ferdige SKUP-rapporter er lang og variert (se skup.org). Det er gjort flest utprøvinger av glukoseapparat, og på de neste plassene følger PT (INR), HbA1c og Strep A. Mange SKUP-utprøvinger gjøres i forkant av en eventuell lansering. Dette gir produsent og leverandør en mulighet til å vurdere om det er noe med apparat eller metode de vil endre på, før systemet eventuelt introduseres for brukerne i Skandinavia. En del apparater/metoder har derfor vært gjennom SKUP-utprøving flere ganger. Noe av utstyret som testes dukker aldri opp i det skandinaviske markedet, men forsvinner i det stille. Av SKUPs rundt 115 utprøvinger, har 24 utprøvinger resultert i at apparatet/metoden ikke ble lansert i det skandinaviske markedet i den versjon som forelå under utprøvingen. SKUP bidrar dermed til at uegnet laboratorieutstyr ikke blir markedsført i Skandinavia. Dette er også en viktig måte å sikre god kvalitet på.

SPØR ETTER NØYTRAL DOKUMENTASJON

Det burde være obligatorisk at alt laboratorieutstyr som skal selges i Skandinavia ble testet av en uavhengig instans. I dag gis det refusjonstakst uavhengig av om analyseutstyret er evaluert eller ikke. Ved innkjøp av nytt analyseutstyr, bør brukerne derfor alltid spørre etter nøytral informasjon om både analysekvalitet og brukervennlighet. Spør om laboratorieutstyret har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk!

RÅD OG VEILEDNING

Laboratriekonsulentene i Noklus gir råd og veiledning om valg av laboratorieutstyr. Veiledningen bygger blant annet på resultatene fra SKUP-utprøvinger. Ta kontakt med din lokale laboratriekonsulent hvis du trenger hjelp.

I neste nummer av Helsesekretæren gir laboratriekonsulent Aud Jorunn Nummedal en oversikt over hva man bør tenke på ved innkjøp av nytt analyseinstrument.



Et skånsomt alternativ!



aminoJern er et lavdose jerntilskudd som er snill mot magen og samtidig gir et svært godt opptak. Man kan ta det til måltider og sammen med all type mat uten at effekten reduseres. aminoJern inneholder verken gluten, sukker, melk eller noen animalske ingredienser.

aminoJern er tilgjengelig hos Vitus/Ditt Apotek, i helsekostbutikker og på supervital.no.

Les mer på aminojern.no

For prøver, brosjyrer og oversikt over studier, send mail til ralph@vitalkost.no eller ring 33 00 38 76.



Dokumentert effektiv og skånsom!